

# 中华人民共和国国家标准

## 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法

GB 11904—89

Water quality—Determination of potassium and sodium—Flame atomic absorption spectrophotometry

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了用火焰原子吸收分光光度法测定可过滤态钾和钠。他适用于地面水和饮用水测定。测定范围钾为 0.05~4.00 mg/L; 钠为 0.01~2.00 mg/L。对于钾和钠浓度较高的样品, 应取较少的试料进行分析, 或采用次灵敏线测定。

### 2 原理

原子吸收光谱分析的基本原理是测量基态原子对共振辐射的吸收。在高温火焰中, 钾和钠很易电离, 这样使得参予原子吸收的基态原子减少。特别是钾在浓度低时表现更明显, 一般在水中钠比钾浓度高, 这时大量钠对钾产生增感作用。为了克服这一现象, 加入比钾和钠更易电离的铯作电离缓冲剂, 以提供足够的电子使电离平衡向生成基态原子的方向移动。这时即可在同一份试料中连续测定钾和钠。

### 3 试剂

除非另有说明, 分析时均使用公认的分析纯试剂以及重蒸馏水或具有同等纯度的水。

3.1 硝酸( $\text{HNO}_3$ ),  $\rho = 1.42 \text{ g/mL}$ 。

3.2 硝酸溶液, 1+1。

3.3 硝酸溶液, 0.2%(V/V): 取 2 mL 硝酸(3.1)加入 998 mL 水中混合均匀。

3.4 硝酸铯溶液, 10.0 g/L: 取 1.0 g 硝酸铯( $\text{CsNO}_3$ )溶于 100 mL 水中。

3.5 标准溶液: 配制标准溶液时所用的基准氯化钾和基准氯化钠均要在 150°C 干燥 2 h, 并在干燥器内冷至室温。

3.5.1 钾标准贮备溶液, 含钾 1.000 g/L: 称取(1.906 7±0.000 3)g 基准氯化钾(KCl), 以水溶解并移至 1 000 mL 容量瓶中, 稀释至标线, 摇匀。将此溶液及时转入聚乙烯瓶中保存。

3.5.2 钠标准贮备溶液, 含钠 1.000 g/L: 称取(2.542 1±0.000 3)g 基准氯化钠(NaCl), 以水溶解, 并移至 1 000 mL 容量瓶中, 稀释至标线摇匀。即时转入聚乙烯瓶中保存。

3.5.3 钾和钠混合标准贮备溶液, 含钾和钠 1.000 g/L: 称取(1.906 7±0.000 3)g 基准氯化钾和(2.542 1±0.000 3)g 基准氯化钠于同一烧杯中, 用水溶解并转移至 1 000 mL 容量瓶中。稀释至标线, 摇匀。将此溶液即时转入聚乙烯瓶中保存。

3.5.4 钾标准使用溶液, 含钾 100.00 mg/L: 吸取钾标准贮备溶液(3.5.1)10.00 mL 于 100 mL 容量瓶中, 加 2 mL 硝酸溶液(3.2), 以水稀释至标线, 摇匀备用。此溶液可保存 3 个月。

3.5.5 钠标准使用溶液, 含钠 100.00 mg/L: 吸取钠标准贮备溶液(3.5.2)10.00 mL 于 100 mL 容量瓶中, 加 2 mL 硝酸溶液(3.2), 以水稀释至标线, 摇匀。此溶液可保存 3 个月。

国家环境保护局 1989-12-25 批准

1990-07-01 实施

3.5.6 钠标准使用溶液 II, 含钠 10.00 mg/L; 吸取钠标准使用溶液 I(3.5.5) 10.00 mL 于 100 mL 容量瓶中, 加 2 mL 硝酸溶液(3.2), 以水稀释至标线, 摇匀。此溶液可保存一个月。

#### 4 仪器

- 4.1 原子吸收分光光度计: 仪器操作参数可参照厂家说明书进行选择。
- 4.2 钾和钠空心阴极灯: 灵敏吸收线为钾 766.5 nm, 钠 589.0 nm; 次灵敏吸收线为钾 404.4 nm, 钠 330.2 nm。
- 4.3 乙炔的供气装置: 使用乙炔钢瓶或发生器均可, 但乙炔气必须经水和浓硫酸洗涤后, 方可使用。
- 4.4 空气压缩机: 均应附有过滤装置, 由此得到无油无水净化空气。
- 4.5 对玻璃器皿的要求: 所用玻璃器皿均应经硝酸溶液(3.2)浸泡, 用时以去离子水洗净。

#### 5 采样和样品

水样在采集后, 应立即以 0.45 μm 滤膜(或中速定量滤纸)过滤, 其滤液用硝酸(3.2)调至 pH1~2, 于聚乙烯瓶中保存。

#### 6 分析步骤

##### 6.1 试料的制备

如果对样品中钾钠浓度大体已知时, 可直接取样, 或者采用次灵敏线测定先求得其浓度范围。然后再分取一定量(一般为 2~10 mL)的实验室样品于 50 mL 容量瓶中, 加 3.0 mL 硝酸铯溶液(3.3), 用水稀释至标线, 摇匀。此溶液应在当天完成测定。

##### 6.2 校准溶液的制备

###### 6.2.1 钾校准溶液

取 6 只 50 mL 容量瓶, 分别加入钾标准使用溶液(3.5.4) 0, 0.50, 1.00, 1.50, 2.00, 2.50 mL, 加硝酸铯溶液(3.3) 3.00 mL, 加硝酸溶液(3.2) 1.00 mL, 用水稀释至标线, 摇匀。其各点的浓度分别为: 0, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 mg/L。本校准溶液应在当天使用。

###### 6.2.2 钠校准溶液

取 6 只 50 mL 容量瓶, 分别加入钠标准使用溶液 II(3.5.6) 0, 1.00, 3.00, 5.00, 7.50, 10.00 mL, 加 3.00 mL 硝酸铯溶液(3.3), 加 1 mL 硝酸溶液(3.2), 用水稀释至标线, 摇匀。其各点的浓度分别为 0, 0.20, 0.60, 1.00, 1.50, 2.00 mg/L。本校准溶液应在当天使用。

##### 6.3 仪器的准备

将待测元素灯装在灯架上, 经预热稳定后, 按选定的波长, 灯电流, 狭缝, 观测高度, 空气及乙炔流量等各项参数进行点火测量。

注意: 在打开气路时, 必须先开空气, 再开乙炔; 当关闭气路时, 必须先关乙炔, 后关空气, 以免回火爆炸。

当点火后, 在测量前, 先以硝酸溶液(3.3)喷雾 5 min, 以清洗雾化系统。

##### 6.4 测量

在正式测量前, 先以水调仪器零点, 然后即可吸喷校准溶液和试料, 记录吸光度。

##### 6.5 空白试验

空白试验即对校准溶液中零浓度的测量。

##### 6.6 校准曲线的绘制

绘制钾或钠校准溶液吸光度与钾或钠对应浓度的校准曲线。每批测定时, 必须同时绘制校准曲线。

#### 7 结果的表示

样品中钾或钠的浓度  $C$  (mg/L) 以回归方程计算或按下式计算:

$$C = f \cdot C_1$$

式中,  $f$ ——稀释比

$f = \text{试料体积/分取实验室样品体积, mL};$

$C_1$ ——由测定试料的吸光度从校准曲线上求得钾或钠的浓度, mg/L。

## 8 精密度和准确度

对一个合成样品,其各组分浓度(以 mg/L 计)为:K<sup>+</sup>, 9.82; Na<sup>+</sup>, 46.55; Ca<sup>2+</sup>, 40.64; Mg<sup>2+</sup>, 8.39; Cl<sup>-</sup>, 88.29; SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>, 93.83; 总碱度(以 CaCO<sub>3</sub> 计)77.68。使用 766.5 nm 波长测定钾,使用 589.0 nm 波长测定钠,取得如下结果。

### 8.1 重复性

在单个实验室内,进行六次测定,相对标准偏差为:钾 0.50%; 钠 1.52%。

### 8.2 再现性

在五个实验室内,各进行六次测定,取得了 30 个分析结果,相对标准差为:钾 2.27%; 钠 0.90%。

### 8.3 准确度

加标回收率置信范围为:钾 99.60% ± 5.36%; 钠 100.13% ± 5.08%。相对误差为:钾 -1.63%; 钠 +0.58%。

## 9 备注

### 9.1 注意事项

钾和钠均为溶解度很大的常量元素,原子吸收分光光度法又是灵敏度很高的方法。为了取得精密度好准确度高的分析结果,对所用玻璃器皿必须认真清洗。试剂及蒸馏水在同一批测定中必须使用同一规格同一瓶,而且应避免汗水、洗涤剂及尘埃等带来污染。

### 9.2 关于保存样品的器皿

样品及标准溶液不能保存在软质玻璃瓶中,因为这种玻璃中的钾和钠容易被水样和溶剂溶出导致污染。

### 9.3 关于次灵敏线测定钾和钠

对于钾和钠浓度较高的样品,在使用本标准时会因稀释倍数过大,降低测定的精密度,同时也给操作带来麻烦。因一般的地表水中钾和钠的浓度都比较高,可使用次灵敏线钾 440.4 nm、钠 330.2 nm 测定,浓度范围可扩大到钾为 200 mg/L 以内,钠为 100 mg/L 以内。

## 附加说明:

本标准由国家环境保护局规划标准处提出。

本标准由黄河水资源保护监测中心站负责起草。

本标准主要起草人冯荣周。

本标准委托中国环境监测总站负责解释。